



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L9002



235A007020037



安正计量检测有限公司

ANZHENG METROLOGY AND TEST CO., LTD.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号:
Certificate No.

EE20233694057

委托单位

Client

湖北仪天成电力设备有限公司

委托地址

Address

武汉市东湖高新区光谷大道303号光谷·芯中心1-05栋文凤楼1-4层01

器具名称

Description

真空度测试仪

制造厂家

Manufactory

湖北仪天成电力设备有限公司

型号/规格

Type or size

YTC3991

器具编号

Number of sample

231537

校准结果

Calibration Conclusion

所校准项目合格



批准人:

Authorized by

李明祥

核验员:

Checked by

张海明

校准员:

Calibrated by

李丹

接收日期

Date of Receipt

2023 年 05 月 28 日
Year Month Day

校准日期

Date of Calibration

2023 年 05 月 30 日
Year Month Day

发布日期

Date of Publication

2023 年 06 月 01 日
Year Month Day

地址:

福建省福州市仓山区仓山科技园1区02号1#楼101室

ADD: Room 101, Building 1#, No 02, District 1, cangshan Science and Technology Park, cangshan district, Fuzhou city, Fujian province

邮编(Post Code): 350026

服务电话(Tel): 0591-88030652

传真(Fax): 0591-83591276

网址(Web): www.fjazjl.com



校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

1、本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基（标）准和国际单位制（SI）。

All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units (SI).

2、证书未经本机构书面授权，不得部分复制此证书。

The certificates can not be partly copied without approval of the institute.

3、本次校准结果只对此被测样品有效。

The results are only responsible for the calibrated items.

4、本次校准所使用的主要测量仪器

Main measurement standards used in this calibration

名称&编号 Name and No.	型号 / 规格 Type or size	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty, Accuracy or Maximum permissible error	溯源单位&证书编号 Calibration Agency and Certificate No.	有效期至 Valid until
示波器	TDS3054B	$\pm 0.05\%F.S$	深圳市计量质量检测研究院 /JL2224994631	2023-08-07

5、校准地点及环境条件

Location and environmental condition for the calibration

地点: Location	本公司电学室		
温度: Temperature	22.7 °C	相对湿度: Relative Humidity	53 % 其它: Others /

6、本次校准所依据的技术文件(代号、名称)

Reference documents for the calibration (code、name)

参照JJF 1691-2018《绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范》

7、敬告:

Suggestions

1)本测量设备修理后，请立即进行校准。

Recalibrate the instrument immediately after it has been repaired.

2)在使用过程中，如对被校准测量设备的计量特性产生怀疑，请重新校准。

Recalibrate the instrument when any suspicion about its performance arises.

8、备注(Comments): /



校准结果

Result of Calibration

1、外观以及一般性检查:

正常

In View Of External And Generality Check :

Normal

2、仪器“磁场电压”的“绿+”、“黄-”端子间输出信号测试:

Instrument“Magnetic field voltage”“Green +”, “Yellow-” output signal test between terminals

仪器控制/Instrument control		输出测量结果 Output measurement results
管型	磁场电压指示值 (V)	电压 (V)
00	1728	1708.67
01	884	868.8
02	1703	1746.61
04	1728	1744.7
06	1703	1743.45



本次测量不确定度: 电压 $U_{rel}=1.3\%$, $k=2$

备注 (Notes) :

1.关于测量结果不确定度的说明(Direction of uncertainty in the calibration)

依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示

(Evaluation and expression of uncertainty in measurement based on JJF1059.1-2012)

2. 为确保校准结果的可信度, 通常情况下建议再校周期为12个月。

To ensure the credibility of the calibration results , it is generally recommended to have a recalibration period of 12 months.

(以下空白)

(The below is blank)